

Številka: 460-E-EN-GZ-29/19
Datum: 1. 3. 2019

POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **NABAVA POSTELJE ZA INTENZIVNO TERAPIJO (1 kos)**

Specifikacija zahtev naročnika:

Predmet naročila je nabava postelje za intenzivno terapijo po sledeči specifikaciji zahtev:

- konstrukcija postelje na dveh stebrih. Stebra sta tesno zaprta in konstrukcije, ki omogoča enostavno čiščenje in ne dopušča nabiranja nečistoč. (nobenih škarjastih ali vzvodnih mehanizmov),
- konstrukcija omogoča spremembo naklona ležišča, ob tem se vzglavni del postelje ne premika (fiksni),
- ležišče plastificirana plošča, delno perforirana, 4 – delna tri-krat pregibna, dim. vsaj 205 x 85 cm,
- Nastavitev položajev je električna:
 - nastavitev hrbtne plošče,
 - nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno auto-contour,
 - nastavitev kolenskega dela,
 - nastavitev višine od vsaj 40 cm do najmanj 78 cm,
 - pilsedeč položaj,
 - nastavitev trendelenburg /antitrendelenburg položaja najmanj +13/-13°,
 - kardio položaj,
 - CPR položaj,
 - pregledovalni položaj,
- kardio, CPR položaj dosegljiva z eno tipko, postavitve postelje v zelen položaj ne glede na položaj v katerem se nahaja,
- nastavitve vseh položajev se izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče. Poleg vseh navedenih nastavitvev ležišča, omogoča centralna komandna plošča tudi zaklepanje vsake posamezne funkcije. Postelja se po cca. 3 minutah neuporabe funkcij sama zaklene.
- nosilnost vsaj 250 kg
- indikator naklona TR/ATR in vzglavja,
- mehanske CPR ročice se nahajajo na obeh straneh postelje za izravnavo vzglavja,
- postelja je opremljena s štiridelnimi ograjami. Ograje so v skladu s standardom EN 60601-2-52. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. Opremljene so s komandami na zunanji in notranji strani,
- pri dvigovanju hrbtne plošče se izvaja avtoregresija za najmanj 10 cm,
- posteljni končnici sta iz ABS plastike, snemljivi pri vzglavju in vznožju; sicer sta trdno fiksirani v ležišču – odstranljivi ob sprostitvi varovalnega mehanizma,

- mehanizem 4 koles premera 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in lahko dostopen iz obeh strani postelje; funkcije so:
 - kolesa se prosto vrtijo,
 - eno kolo usmerjeno v smeri vožnje,
 - centralni zavorni sistem.
 - guma na kolesih ne pušča sledi na podu
- dodatno 5 kolo, za lažje manevriranje po ozkih prostorih,
- avtomatska zavora koles ob priključitvi postelje v električno napajanje,
- na vseh štirih vogalih vrtljivi gumijasti odbojniki,
- dolžino ležišča je možno podaljšati za najmanj 17, cm v katerem koli položaju postelje,
- konstrukcija postelje radiotransparentna in omogoča dostop in slikanje s C lokom od medeničnega predala do glave,
- pod hrbtno ploščo nastavljen nosilec za RTG kaseto,
- postelja je opremljena z vznožno izvlečeno polico za posteljnino, ki ima nosilnost vsaj 15 kg,
- v primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona akumulatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije,
- Tehnica integrirana v posteljo in omogoča tehtanje pacienta, spremljanje spremembe teže, funkcijo zamrznitve tehtanja in alarmom v primeru nenadne spremembe v razliki v teže,
- Postelja naj ima teleskopsko infuzijsko stojalo.
- Trapez z zanko

Postelji vložek– preventiva dekubitusa

- Dimenzije posteljnega vložka skladne z dimenzijami ležišča postelje. Višina vsaj 14 cm.
- Ležišče zagotavlja antidekubitusne lastnosti za 3. stopnjo rizika.
- Preveleka je nepremočljiva in paroprepustna.
- Vsi šivi so varjeni.

Merilo za izbor: **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- dostava UKC Maribor, na oddelek;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV
- morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: **4. marec 2019 do 14. ure.**

Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-mb.si z oznako **460-E-EN-GZ-29/19**.

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV

Oddelek nabave opreme:

Grega Zrimšek