

Številka povabila: 431-E-DeS-116/19
Datum: 22. 1. 2019

POVPRAŠEVANJE

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: **Predelava INOX pulta (Centralna sterilizacija, zahtevnica št.: 025588, inv. št.: 00000000).**

Specifikacija zahtev naročnika:

Na DEA je potrebno opraviti redni servis. Pri zadnjem servisu je bila ugotovljena mikrobiološka kontaminiranost goriva, zato je potrebno čiščenje rezervoarja. Popraviti je potrebno tudi alternator:

1. Izdelava in vgradnja poviška obstoječega inox pulta ob prelagalnem oknu za nesterilni material – 1 kos:
 - Povišek je iz 2 mm inox pločevine profiliran tako, da se za ca 25 mm poviša nivo obstoječega pulta in s tem premosti debelino praga v oknu tako, da prelagalna površina nima nobenega roba oz. stopničke; dim. ca 675 x 690 x 26 mm
 - Povišek je znotraj ojačan z iverno ploščo deb. 24 mm
2. Izdelava in montaža inox pulta ob prelagalnem oknu v prostoru za sprejem nesterilnega materiala – 1 kos;
 - Izdelava iz obstoječega pulta dim. 1340 x 600 mm
 - Montaža na stranska stenska nosilca iz Al kotnika 50x50x5 mm, ki se sidrata v stranki steni prostora.
3. Izdelava in montaža inox pulta v depozu sterilnega materiala; uporabijo se obstoječe kovinske, nosilne konzole za montažo na steno, dim. 2000 x 600 mm.

Kontaktna oseba:

Viko ROJ, dipl. inž. stroj.

Tel.: 02 321 23 87

E-pošta: viko.roj@ukc-mb.si

Rok za sprejem ponudb: **24. 1. 2019 do 12:00 ure.**

Merilo za izbor: **Najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Pri oblikovanju cene upoštevajte:

- Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
- popuste in rabate;
- davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);

- morebitne druge stroške (drobni in vezni material, prevozni stroški, dnevnice, ...).

Ponudbo pošljite na e-poštna naslova:

nabava@ukc-mb.si

dejan.simic@ukc-mb.si

Pripravil:

Strokovni sodelavec

Dejan SIMIĆ, univ. dipl. ekon.